

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO 901045968-001-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

	<p>lámina galvanizada cal 18 recubierto con pintura epóxica de 80 cms X 65 cms X 90 cms con entrepaño móvil, 1 gabinete porta taja de lámina galvanizada cal 18 recubierto con pintura epoxica de 75 cms X 65cms X 90cms con tina fabricada de acero inoxidable cal 18 medidas de 50 cm de frente, 45cm de fondo y 30cm de profundidad y 2 áreas de trabajo de lámina galvanizada cal 18 recubierto con pintura epóxica de 70 cms X 65 cms X 90 cms. El respaldo con 3 contactos dobles eléctricos 110v integrados.</p> <p>Tiempo de Garantía: 10 años por defectos de fábrica, a partir de la fecha de facturación del equipo y 3 años de mantenimiento anual gratuito</p> <p>Certificaciones especiales: ISO 9001:2015, Preferentemente ISO 13485:2016, Preferentemente REPSE, CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Certificación o etiquetas ambientales: no</p> <p>Instalación: Incluye instalación, materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p>
2	<p>El Centro de Ciencias Agropecuarias, realiza la siguiente aclaración para la Partida 3:</p> <p>Dice:</p> <p>VITRINA A MURO Vitrina de 1.00 mts X 50 cms X 36 cms de lámina galvanizada cal 1 y 20 recubierta de pintura epoxica electrostática con puertas de vidrio de 3 mm corredizas. Tiempo de Garantía: 10 años por defectos de fábrica, a partir de la fecha de facturación del equipo y 3 años de mantenimiento anual gratuito Certificaciones especiales: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE, CERTIFICADO ASTM A240.no Certificación o etiquetas ambientales: no Instalación: Incluye instalación, materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>Debe de decir:</p> <p>VITRINA A MURO Vitrina de 1.00 mts X 50 cms X 36 cms de lámina galvanizada cal. 18 y 20 recubierta de pintura epoxica electrostática con puertas de vidrio de 3mm corredizas. Tiempo de Garantía: 10 años por defectos de fábrica, a partir de la fecha de facturación del equipo y 3 años de mantenimiento anual gratuito Certificaciones especiales: Preferentemente ISO 9001:2015, Preferentemente ISO 13485:2016, Preferentemente REPSE, Preferentemente CERTIFICADO ASTM A240. Certificación o etiquetas ambientales: no Instalación: Incluye instalación, materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p>
3	<p>El Centro de Ciencias Agropecuarias, realiza la siguiente aclaración para la Partida 4:</p> <p>Dice:</p> <p>MESA LINEAL CON GABINETES, MESA PARA BALANZA DOBLE Y AREA DE TRABAJO Mesa a muro lineal con respaldo, medidas de 2.60 mts X 65 cms X 90 cms, con cubierta en acero inoxidable t-304 cal. 18 en una pieza con certificado ASTM A 240, con 2 mesas con sistema antivibratorio para balanza de 60cms X 65cm X 90cms con platina de granito c/u y con 2 áreas de trabajo de 70cm X 65cm X90cm. Tiempo de Garantía: 10 años por defectos de fábrica, a partir de la fecha de facturación del equipo y 3 años de mantenimiento anual gratuito</p>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO 901045968-001-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

	<p>Certificaciones especiales: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE, CERTIFICADO ASTM A240.no Certificación o etiquetas ambientales: no Instalación: Incluye instalación, materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>Debe de decir:</p> <p>MESA LINEAL CON GABINETES, MESA PARA BALANZA SENCILLA Y AREA DE TRABAJO Mesa a muro lineal con respaldo, medidas de 2.60 mts X 65 cms X 90 cms, con cubierta en acero inoxidable t-304 cal. 18 en una pieza con certificado ASTM A 240, con 1 mesa con sistema antivibratorio para balanza de 60cms X 65cm X 90cms con platina de granito, 1 gabinete de 60 cms X 65 cms X 90 cms y con 2 áreas de trabajo de 70cm X 65cm X 90cm. El respaldo con 3 contactos dobles eléctricos 110 V integrados. Tiempo de Garantía: 10 años por defectos de fábrica, a partir de la fecha de facturación del equipo y 3 años de mantenimiento anual gratuito ISO 13485:2016, Preferentemente REPSE, CERTIFICADO ASTM A240. Certificación o etiquetas ambientales: no Instalación: Incluye instalación, materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p>
4	<p>El Centro de Ciencias Agropecuarias, realiza la siguiente aclaración para la Partida 5:</p> <p>Dice:</p> <p>VITRINA A MURO Vitrina de 1.00 mts X 50 cms X 36 cms de lámina galvanizada cal. 18 y 20 recubierta de pintura epoxica electrostática con puertas de vidrio 3 mm corredizas. Tiempo de Garantía: 10 años por defectos de fábrica, a partir de la fecha de facturación del equipo y 3 años de mantenimiento anual gratuito Certificaciones especiales: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE, CERTIFICADO ASTM A240.no Certificación o etiquetas ambientales: no Instalación: Incluye instalación, materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>Debe de decir:</p> <p>VITRINA A MURO Vitrina de 1.00 mts X 50 cms X 36 cms de lámina galvanizada cal. 18 y 20 recubierta de pintura epoxica electrostática con puertas de vidrio 3 mm corredizas. Tiempo de Garantía: 10 años por defectos de fábrica, a partir de la fecha de facturación del equipo y 3 años de mantenimiento anual gratuito</p> <p>Preferentemente ISO 13485:2016, Preferentemente REPSE, Preferentemente CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Certificación o etiquetas ambientales: no Instalación: Incluye instalación, materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p>
5	<p>El Centro de Ciencias Agropecuarias, realiza la siguiente aclaración para la Partida 3 y Partida 5:</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO 901045968-001-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA
LABORATORIO DEL CENTRO DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES.

En la cantidad de la partida 3, se requieren 3 piezas.
En la cantidad de la partida 5, se requieren 2 piezas.

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de CompraNet, de las siguientes personas:-----

No.	Empresa	Forma de presentación	No. de preguntas / Manifiesto interés
1	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Compras MX	02
2	AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR	Compras MX	10
3	R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV	Compras MX	01

Acto seguido procedió a dar respuestas a las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:-----

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
Forma de presentación: Compras MX.
No. de preguntas: 02

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	TÉCNICO INCISO F. ANEXO "2" PARTIDA 7	<p>EN EL ANEXO "2" SE MENCIONA QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES, ASÍ COMO SU INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, FLETE, SEGURO, VIÁTICOS (CARGA Y DESCARGA HASTA LOS LUGARES QUE SE INDIQUEN) DEBERÁ REALIZARSE POR EL LICITANTE ADJUDICADO A MÁS TARDAR A LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO. NO OBSTANTE, LOS BIENES QUE SE REQUIEREN SON DE IMPORTACIÓN (DE ORIGEN SUIZO) Y DEBIDO A LAS CONDICIONES DE FABRICACIÓN QUE CONLLEVA UN PLAZO DE 75 DÍAS NATURALES SE PROPONE A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN PLAZO DE ENTREGA DE 90 DÍAS, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?</p> <p>Respuesta: No se acepta. El plazo máximo para la entrega de los bienes de la presente licitación, será a los 40 días naturales posteriores a la fecha del fallo.</p>
2	LEGAL -	RESPECTO AL NUMERAL VI. DOCUMENTOS QUE DEBEN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO 901045968-001-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

<p>ADMINISTRATIVA VI. PUNTO 1.2 DOCUMENTOS LEGALES ADICIONALES</p>	<p>PRESENTAR LOS LICITANTES, SUBINCISO 1.2 DOCUMENTOS LEGALES ADICIONALES, SE INDICA QUE LOS LICITANTES DEBEREMOS PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2025. EN ESE SENTIDO, CON APEGO AL ACUERDO NÚMERO ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR, DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, RELATIVO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA APROBAR LA MODIFICACIÓN A LA REGLA QUINTA Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICADO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2025, EN EL QUE SE REFIEREN LAS NUEVAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES A LAS "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL", APROBADAS Y REFORMADAS POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE INDICA QUE "LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SE CONSIDERARÁ VÁLIDA DURANTE LOS PLAZOS DE QUINCE DÍAS HÁBILES O DE VEINTE DÍAS HÁBILES - TRATÁNDOSE DE CONTRATACIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS CONSOLIDADOS-, PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO", POR LO QUE SE ENTIENDE QUE, LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL IMSS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR PODRÁ SER HASTA DE FECHA DE QUINCE DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS N° 901045968-001-2025, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>Respuesta: No es correcta su apreciación. La misma constancia de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, establece el periodo de vigencia, que es el mismo día que es emitida, por lo que se deberá entregar conforme a las "Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", valida, positiva y además el formato deberá indicar que la misma se encuentra vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas que es el día 29 de octubre de 2025.</p>
--	--

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO 901045968-001-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

Empresa: AGUSTIN SALVADOR SANCHEZ AGUILAR
 Forma de presentación: Compras MX.
 No. de preguntas: 10

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	PARTIDAS 2, 3, 4 Y 5	<p>DESPUÉS DE LA VISITA EN SITIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONE EL PLANO ARQUITECTÓNICO DEL CUARTO DONDE SERÁN INSTALADAS LAS PARTIDAS (2 3, 4 Y 5), ASÍ COMO LAS DIMENSIONES (ALTO, FRENTE Y FONDO) DEL MOBILIARIO ADICIONAL A INSTALAR Y QUE NOS SE ENCUENTRA DENTRO DEL LISTADO DE REQUERIMIENTOS, ESTO CON EL OBJETIVO DE PROYECTAR DE LA FORMA MÁS EFICIENTE EL MONTAJE DEL MOBILIARIO Y QUE SEÁ LO MAS FUNCIONAL PARA LA CONVOCANTE Y EVIAR OBSTRUCCIONES AL MONTAR MOBILIARIO DIFERENTE AL INCLUIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p> <p>Respuesta: Las dimensiones del espacio donde se realizará el laboratorio tiene 5.80 mts de largo por 3.80 mts de ancho. Al momento de instalación no se contará con ningún mobiliario que altere los procesos de instalación, se contempla un refrigerador de 91 cm de ancho. Una vez asignada la partida se solicitará a las áreas Universitarias el plano arquitectónico para entrega al licitante adjudicado.</p>
2	PARTIDAS 2, 3, 4 Y 5	<p>DE LA PARTIDA 2 A LA PARTIDA 5 LA CONVOCANTE SOLICITA UNA GARANTÍA DE 10 AÑOS Y EN LAS PARTIDAS RESTANTES LA GARANTÍA REQUERIDA SON 12 MESES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL TIEMPO DE GARANTÍA YA QUE UNA GARANTÍA DE 10 AÑOS PARA ESTE TIPO DE MOBILARIO ES MUY EXTENSA Y/O EN SU CASO ELEVARÍA EL COSTO DEL MOBILIARIO.</p> <p>Respuesta: La garantía de 10 años por escrito es por defectos de fabricación y vicios ocultos de todo el mueble y los accesorios que conforman la partida y conjuntos de partidas que lo especifican, excepto lo eléctrico por lo que deberá ser respetado este tiempo.</p> <p>Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo solicitado en el apartado XV, GARANTÍAS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, al licitante adjudicado, se le solicitará cumplir y presentar "Garantía de cumplimiento y vicios ocultos del contrato, o en su caso garantía de cumplimiento y calidad del contrato." Por lo que la mencionada fianza, deberá estar vigente al menos por 5 años.</p>
3	PARTIDAS 3 Y 5	<p>DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN SE SOLICITA QUE LAS VITRINAS SEAN FABRICADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 Y 20, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE QUE LAS VITRINAS SEAN FABRICADAS EN SU</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO 901045968-001-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA
LABORATORIO DEL CENTRO DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES.

		<p>TOTALIDAD EN CALIBRE 20 O BIEN, ACLAREA LOS PARTICIPANTES QUE ES LO QUE REQUIEREN EN CALIBRE 18? SE REFIEREN A LAS CORREDERAS DE LAS PUERTAS DE VIDRIO?</p> <p>Respuesta: Sí, se refiere a las correderas de puertas de vidrio.</p>
4	PARTIDAS 3 Y 5	<p>DENTRO DE LAS CERTIFICACIONES SOLICITAN CERTIFICACIONES ASTM A240 E ISO 13485:2016, SOLICITAMOS QUE EN ESTAS DOS PARTIDAS RETIREN AMBAS CERTIFICACIONES YA QUE LA CERTIFICACIONES ASTMA240 ES PARA LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AL SER 2 PARTIDAS QUE SERÁN FABRICADAS EN LAMINA GALVANIZADA NO LES APLICA, REFERENTE A LA ISO 13485:2016 NO APLICA DIRECTAMENTE A LOS FABRICANTES DE MOBILIARIO DE LABORATORIO EN GENERAL, YA QUE ESTÁ DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL SECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.</p> <p>Respuesta: Con la aclaración realizada por la convocante se responde su pregunta.</p>
5	PARTIDAS 3 Y 5	<p>DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN NO SE MENCIONA EL COLOR DE AMBAS VITRINAS, NOS PODRÍAN INFORMAR A LOS PARTICIPANTES CUAL ES EL COLOR PARA AMBAS VITRINAS?</p> <p>Respuesta: Que las vitrinas sean ambas del mismo color en la propuesta, se sugieren colores institucionales, gris claro. Se seleccionarán del catálogo del proveedor adjudicado.</p>
6	PARTIDAS 2 Y 4	<p>DENTRO DE LAS CERTIFICACIONES SOLICITAN CERTIFICACIÓN ISO 13485:2016, SIN EMBARGO, LA ISO 13485:2016 NO APLICA DIRECTAMENTE A LOS FABRICANTES DE MOBILIARIO DE LABORATORIO EN GENERAL, YA QUE ESTÁ DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL SECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE PARA EL SECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTA CERTIFICACIÓN PARA AMBAS PARTIDAS.</p> <p>Respuesta: Con la aclaración realizada por la convocante se responde su pregunta.</p>
7	PARTIDAS 2 Y 4	<p>DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN NO SE MENCIONA EL COLOR DE DE LOS GABINETES, NOS PODRÍAN CONFIRMAR EN QUE COLORES REQUIEREN SEAN PINTADOS LOS GABINETES ? O BIEN PROPORCIONAR UN RENDER? EN CASO DE NO TENER CLARO EL COLOR DE LOS GABINETES, CONFIRMAR QUE CADA PARTICIPANTE DEBERÁ PROPONER UNA COMBINACIÓN DE 2 COLORES Ó 1 SOLO COLOR PARA LOS GABINETES.</p> <p>Respuesta: Que los gabinetes sean ambos del mismo color en la propuesta, se sugieren colores institucionales, gris</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO 901045968-001-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA
LABORATORIO DEL CENTRO DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES.

		claro con azul. Se seleccionarán del catálogo del proveedor adjudicado.
8	PARTIDAS 2 Y 4	<p>EN EL REQUERIMIENTO DE LAS PARTIDAS 2 Y 4 NO SE SOLICITA NINGUNA INSTALACIÓN DE TORRETAS PARA CONTACTOS DE ELECTRICIDAD, CONFIRMAR SI DE ACUERDO A LO COMENTADO EN LA VISITA PROONGO INCLUIR 3 TORRETAS DE SERVICIO ELECTRICO INSTALADAS EN LA CUBIERTA DE LA PARTIDA 2 Y 2 TORRETAS INSTALADAS EN LA CUBIERTA DE LA PARTIDA 4 PARA QUE LOS USUARIOS CONECTEN LOS EQUIPOS QUE VAN A UTILIZAR PARA SUS ACTIVIDADES, EN CASO DE ACEPTAR ESTA PROPUESTA, EL FONDO DE LOS GABIBENTES SE TENDRIA QUE REDUCIR DE 65 A 55 CMS DE PROFUNDIDAD PARA COLOCAR LAS INSTALACIONES OCULTAS Y HACER MÁS ESTÉTICA LA INSTALACIÓN, EN CASO DE ACEPTAR ESTA PROPUESTA POR FAVOR INDICAR A QUE DISTANCIA SE INSTALARIAN LAS TORRETAS DE SERVICIO O BIEN CONFIRMAR SI DEBEN SER PROPUESTAS POR EL PARTICIPANTE. LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERIA Y CABLEADO LISTO PARA COLOCAR A LA TOMA DE CORRIENTE DEL SITIO.</p> <p>Respuesta: Se deberá incluir torretas de electricidad, separadas proporcionalmente exceptuando área de lavado. Favor de verificar la aclaración hecha por la convocante.</p>
9	PARTIDA 2	<p>DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS GABINETES, NO SE MENCIONAN LAS CARACTERISTICAS DE CADA GABIENTE, POR EJEMPLO, EL GABINETE DE 90 CMS DE FRENTE LO REQUIEREN CON 1 O 2 CAJONES? 2 PUERTAS? EL GABINETE DE 80 CMS LO REQUIEREN CON VARIOS CAJONES? 1 CAJON Y 2 PUERTAS? EN CASO DE NO TENER DEFINIDO CONFIRMAR QUE LA MODULACIÓN Y CARACTERISTICAS SERÁ PROPUESTO POR CADA PARTICIPANTE.</p> <p>Respuesta: Que la modulación y las puertas sean propuestas por los proveedores participantes para ayudar a las investigadoras de la Universidad a maximizar el espacio y organización. Combinar entre cajones y puertas los gabinetes de ambas mesas.</p>
10	PARTIDAS 2, 3, 4 Y 5	<p>LA CONVOCANTE SOLICITA 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO ANUAL GRATUITO PARA LAS PARTIDAS 2, 3, 4 Y 5; ES NECESARIO SUFICIENTE QUE EL PARTICIPANTE ADJUDICADO REALICE 1 VISITA ANUAL PARA REVISAR CONDICIONES DEL BIEN?</p> <p>Respuesta: Si podrá ser con una visita anual, sin embargo, el licitante adjudicado deberá realizar el o los mantenimientos que estime necesario para cubrir el periodo de garantía, debiendo ser este gratuito dentro de ese periodo de tres años.</p>

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO 901045968-001-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA
LABORATORIO DEL CENTRO DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES.

Empresa: R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS SA DE CV
Forma de presentación: Compras MX.
No. de preguntas: 01

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	ANEXO 1	<p>EN RELACIÓN CON LAS MARCAS Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO 1, AGRADECEREMOS CONFIRMAR SI LAS MARCAS INDICADAS SE CONSIDERAN ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA COMERCIAL, Y SI LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECEN LOS PARÁMETROS MÍNIMOS REQUERIDOS, DE MODO QUE PUEDAN PRESENTARSE OFERTAS CON EQUIPOS DE MARCAS DISTINTAS QUE IGUALEN O SUPEREN DICHAS CARACTERÍSTICAS.</p> <p>Respuesta: Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas. Las características iguales o superiores se deberán poder corroborar en las fichas técnicas presentadas por cada licitante.</p>


De conformidad al artículo 46 del Reglamento de la Ley y con el numeral VIII punto A de las Bases de la Licitación indicada al rubro, se informa a los Licitantes que tienen hasta las **19:00 horas** del día **22 de octubre de 2025**, para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas, finalizando este plazo, la convocante informara a los licitantes a través de CompraNet, el plazo máximo en que se enviarán las contestaciones correspondientes.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222, domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>. De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria.

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el **día 29 de octubre de 2025, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja**, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas a través de CompraNet, de conformidad al artículo 39 del Reglamento de la Ley.

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:

C. Beatriz E. Rivera de Loera
Jefa del Departamento de Compras y Secretaria
Técnica del Comité de Compras





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO 901045968-001-2025
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria	<u>Esmeralda Rdz.</u>
C. Karla Verónica Flores Esparza Contraloría Universitaria (Observadora)	<u>[Firma]</u>
C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico	<u>[Firma]</u>
C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo	<u>[Firma]</u>
C. Karla Yuritzi Amador Rodríguez Profesor Investigador del CCA, (Área requirente)	<u>Karla Yuritzi Amador Rdz.</u>
C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras	<u>[Firma]</u>
C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras	<u>[Firma]</u>
C. Lisly Paola Jiménez de Alba Departamento de Compras	<u>[Firma]</u>

Sin presencia de Licitantes: -----

Siendo las **10:25** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.-----

FIN DE TEXTO
